

Ne pas retirer ces informations de la boîte d'emballage.

Le rasoir jetable Prep Gallant est livré dans un emballage contenant 50 rasoirs protégés par un couvercle.

- Contrôle du bout des doigts grâce aux arêtes de préhension sur la poignée.
- Poignée positionnée devant la lame, ne nécessitant qu'une légère traction.
- Vue optimale de la zone de rasage.
- lame de rasoir revêtue de PTFE et CrN.
- Facette de lame de rasoir spécialement développée pour une coupe lisse.



ATTENTION – Contient des lames de rasoir tranchantes.



Mode d'emploi:

1. Retirez délicatement le couvercle de protection.
2. Placez le rasoir sur la zone de rasage désignée. N'appliquez aucune pression. Déplacez doucement le rasoir sur la peau.
3. Pour en disposer, tenez le rasoir droit contre une surface plane et appuyez doucement jusqu'à ce que la poignée s'enclenche. Le rasoir est désactivé en toute sécurité.
4. Le manche peut être recyclé et la tête de la lame de rasoir peut être jetée dans une poubelle médicale.



Déclaration de conformité UE.



Dispositif médical.



UDI : 7391100000018



Référence catalogue: 120-354 / Boîte distributrice de 50 unités.



Numéro de série, voir la boîte d'emballage.



Numéro de lot, voir la boîte d'emballage.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.



Ne pas réutiliser.



Non stérile.



Date de fabrication, voir la boîte d'emballage.



Date d'expiration, voir la boîte d'emballage.



Rangez votre rasoir jetable Gallant dans un endroit sec.



Tenir à l'écart du soleil.



Limite de température. Stocker entre 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Fabricant: Konsultbyrån Process Construction AB, Tågarpsvägen 2 27293 Tommarp, Suède
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • Entreprise certifiée ISO 13485

Enregistrements de dispositifs médicaux Gallant Disposable Prep Razor :

- MDR UE classe 1, SRN UE : SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, n° d'enregistrement : 3009143236
- Numéro d'enregistrement MHRA UK : 2021121301226985
- Numéro d'enregistrement Australia: ARTG ID reg.no: 326611

Ne pas réutiliser sur d'autres patients. Risque de contamination croisée et d'infection.
Tout incident grave survenu en relation avec le produit doit être signalé au fabricant.